

**Município de Itajubá**  
**TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**



Processo Licitatório: 050/2022  
 Modalidade: REGISTRO DE PREÇOS (P  
 Número da Licitação: 011/2022  
 Materiais  
 Página: 1

(O(A) Sr(a) Secretário(a), no uso de suas atribuições legais, com base na Lei N. 10.520/2002, homologa o objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SEMSA, e o adjudica para as empresas:

Item	Unidade	Qtd	V. Unit.	V. Total	Marca	CPF/CNPJ:
	3,00 UN	2,00		0,00		

**DESCRIÇÃO:** APARELHO ELÉTRÔNICO

para uso na técnica chamada de Eletro-acupuntura. Que possibilita 2 tratamentos diferenciados em 4 + 4 saídas ou pode operar com um tratamento único nas 8 saídas. Ele gera estímulos elétricos pulsados de baixa intensidade para sensibilizar os pontos transcutâneos de acupuntura para alívio da dor.

" Conexão com o computador para transferência de protocolos.

" Protocolos que podem ser programados no computador e transferidos para o aparelho via porta USB.

" Possui capacidade de Armazenamento de 200 Protocolos no aparelho, além de muitos outros organizados no computador para serem posteriormente transferidos ao equipamento.

" 10 telas de memórias para acesso rápido dos Programas de tratamento.

" Controles de potência Digitais

" Quatro tipos de formas de ondas: Contínua, Bursi (intermitente), Mista (densa / dispersa), Avançada (todos os parâmetros).

" Nova Forma de Onda com Rampa de subida, descida e ondulação.

" Auto power-off desliga automaticamente o equipamento quando ocioso.

" Tempos de estimulação e de repouso programáveis para cada sequência.

" Tempo total de aplicação programável.

" Display Maior, com capacidade de exibir a potência instantânea de todos os canais.

" Memórias regraváveis não voláteis (não perdem os dados ao desligar o equipamento).

" Dimensões: 16cm x 20cm x 7,5cm (LxCxA)

" Peso: 850 gramas (somente o eletro-estimulador)

" Peso: 1,900 Kg (com embalagem)

" Alimentação: Bivolt 110V ou 220V (seleção manual)

" Potência: opções de fundo de escala de 10 mA ou 80 mA

" 08 Cabos estimuladores Jacaré mini

" CD-ROM

" Apresentar Catálogo para Análise

" Garantia Mínima de 12 meses

**DESCRIÇÃO:** APARELHO LASER COM CANETA

PARA TRATAMENTO DE FERIDAS

-ALIMENTAÇÃO BATERIA APROXIMADA 7,5 V/700mA

-AUTONOMIA DE BATERIA EM USO CONTÍNUO COM CARGA DE APROXIMADAMENTE 4 HORAS

-TEMPO DE CARGA COMPLETA 60 A 120 MINUTOS

-CARREGADOR DE BATERIA: 100-220 V / 50 - 60 HZ

-MISSOR DE LUZ: LASER: SEMICONDUTOR

-ÁREA DO FEIXE DE LASER DE SAÍDA NO BICO DA CANETA LASER 3MM2

-COMPRIIMENTO DE ONDE APROXIMADO: 660NM ( LASER VERMELHO) E 808 NM ( LASER INFRAVERMELHO )

REGISTRO ANVISA

INCLUSOS: TODOS ITENS DE FABRICAÇÃO DO APARELHO DE LASERTERAPIA

01- PULSEIRA PARA TERAPIA

02- OCULOS DE PROTEÇÃO 660 NM -780 NM OU 808

4,00 UN	6,00	0,00	0,00%	<b>Desconto Ofertado</b>
---------	------	------	-------	--------------------------

*(Handwritten signature in blue ink)*



**Município de Itajubá**  
**TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**



Processo Licitatório: 050/2022

Modalidade: REGISTRO DE PREÇOS (P

021/2022

Materiais

Página: 2

Aquisição de:

Número da Licitação:

21,00 UN	20,00	0,00	DESCRICAÇÃO: CADEIRA DE RODA para adultos Características da cadeira: especificações mínimas aproximadas - Largura do assento: 44 cm; - Altura do assento no chão: 48 cm;
<b>Desconto Ofertado 0,00%</b>			
20,00 UN	25,00	0,00	DESCRICAÇÃO: CADEIRA SIMILES COM CONCHA PARA COLITA DE SANGUE E COM SUPORTE DE SORO COM ALTURA REGULAVEL. ESTOFADA NA COR AZUL CLARA PARA APRESENTAR CATALOGO PARA ANÁLISE
<b>Desconto Ofertado 0,00%</b>			
13,00 UN	25,00	0,00	DESCRICAÇÃO: BALANÇ INOX HOSPITALAR MEDIDA APROXIMADA: 21 CM ALTURA X 19 CM DE DIAMETRO CAPACIDADE APROXIMADA: 5 LITROS APRESENTAR CATALOGO PARA ANÁLISE
<b>Desconto Ofertado 0,00%</b>			
12,00 UN	30,00	0,00	DESCRICAÇÃO: TIPICO CONCHA - Balança infantil Capacidade para 30 kg; Divisões de 10 g; Pés reguláveis em borracha sintética; Concha anatômica com medida aproximada de 540 x 290 mm(+ - 10mm); Chave seletora de tensão 110 / 220 V; Display com 6 dígitos; Função da tecla TARA no painel frontal; APRESENTAR CATALOGO PARA ANÁLISE
<b>Desconto Ofertado 0,00%</b>			
5,00 UN	25,00	0,00	DESCRICAÇÃO: Armário Vitine PORTA C/ LANTERNA DE VIDRO, PRATELHEIRAS DE VIDRO RA USO EM CONSULTÓRIO MÉDICO, COM OS VIDROS APRESENTAR CATALOGO PARA ANÁLISE
<b>Desconto Ofertado 0,00%</b>			
APRESENTA CATALOGO PARA ANÁLISE			



**Município de Itajubá**  
**TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**



Processo Licitatório: 050/2022

Modalidade: REGISTRO DE PREÇOS (P

Número da Licitação: 021/2022

Aquisição de: Materiais

Página: 3

- Largura total aberta: 62 cm;
- Peso da cadeira: 15Kg;
- Capacidade da cadeira: 100Kg;
- Assento e encosto revestido com nylon;
- Fabricada em tubos de aço carbono dobrável em "X";
- Trios bilaterais;
- Aro impulsor bilateral em nylon com 8 pontos de fixação;
- Apoio para braços removíveis;
- Apoio para os pés com regulagem de altura e comprimento rebatíveis lateralmente; (removível)
- Rodas dianteiras aro 6" com pneus maciços;
- Rodas traseiras aro 24" com nylon injetado com fibra, oito raios, pneus maciços;
- Aro em aço carbono achatado e maciço;
- Inteira eletrostática epóxi.

Características Técnicas do Suporte de Soro: especificações mínima aproximada:

- Fabricado em tubos de aço esmaltado - Tubos de 19,05mm de diâmetro e 1,20mm de chapas;
- Haste em tubo de 12,70mm de diâmetro e 1,20 m de chapa;
- Altura regulável através de manípulo;
- 02 Ganchos em barras redonda de 4,76mm de diâmetro;
- 01 Suporte de Soro com Altura Regulável; compatível com cadeira
- 01 Kit de Fixação composto por 02 Ganchos em "U" e 04 Porcas Borboleta.
- Apresentar catálogo para análise.
- Garantia de fabricação

DESCRiÇÃO:	23,00 UN	26,00	0,00
DESCRiÇÃO: (cadeira de rodas adulto EM NYLON PESO PARA PESSOAS 120 KGS A 150 KGS AÇO COM PINTURA EPOXY DOBRÁVEL EM X APOIO PARA BRAÇOS FIXO PES REMOVÍVEL, COM ELEVAÇÃO DE PERNAS, COM SUPORTE PARA SORO RODAS QUE NÃO ENFERRUJAM, PNEUS MACIÇOS GARANTIA DE FABRICAÇÃO.			
<b>Desconto Ofertado</b>			0,00%

DESCRiÇÃO:	24,00 UN	6,00	0,00
DESCRiÇÃO: CÂMARA DE CONSERVAÇÃO Equipamento vertical para guarda científica de vacinas e imunobiológicos Capacidade para armazenamento interna mínima de 280 litros com revestimento interno, isolamento térmico mínimo de 70 mm nas paredes em poliuretano injetado expandido livre de CFC. Em AÇO INOXIDÁVEL. Equipado com rodízios com freio. Porta de acesso vertical de vidro duplo ou triplo, antiembagante. Refrigeração com circulação de ar forçada. Com no mínimo quatro prateleiras fabricadas em aço inoxidável. Sistema de refrigeração LUVRE DE CFC. Degelo automático com +20° C, temperatura controlada automaticamente a 4°C. Sistema de alarme sonoro de temperatura máxima e mínima e falta de energia, com silenciador de alarme. Tensão 110 Volts, com chave geral de energia Liga/Desliga. Luz interna temporizada com acionamento externo mesmo com porta fechada. Termostato instalado em paralelo ao controlador eletrônico da câmara, assumindo automaticamente o controle das funções de comando do compressor de frio sempre que houver falha no comando eletrônico. Sistema de emergência para FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA integrado ao gabinete montado na parte inferior da câmara, com garantia móvel para as baterias recarregáveis seladas, que mantém todas as funções eletrônicas, inclusive o compressor de frio, com autonomia mínima 48 horas. Sistema automático que realiza ligações telefônicas via central telefônica ou linha fixa direta para até três números sempre que o equipamento alarmar por temperatura (RTTC). Painel de comando Montado na parte superior da câmara com chave geral, fusíveis de proteção na parte posterior e painel frontal do tipo membrana com teclas softtouch. Termostato eletrônico microprocessado com mostrador digital da temperatura e dos parâmetros de programação. Sistema de verificação automática da programação, sistema de travamento da programação contra manuseio inadvertido, sistema que resiste os parâmetros programados mesmo em variação brusca da energia ou desligamento do equipamento, filtro contra ruídos eletromagnéticos, com apresentação de data e horário.			
<b>Desconto Ofertado</b>			0,00%

*(Handwritten signature)*



Município de Itajubá  
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO



Processo Licitatório: 050/2022

Modalidade: REGISTRO DE PREÇOS (R

021/2022

Materiais

Página: 4

Aquisição de:

Número da Licitação:

Dotado com quatro sensores tipo NTC, sendo um para leitura digital da temperatura imerso em solução térmica, um no ar para o controle do compressor, um ligado ao sistema de segurança com atuação totalmente independente e outro no ambiente externo. Display em LCD com fundo iluminado com caracteres expandidos, com indicações visuais simultâneas e independentes para refrigeração; aquecimento; desvios de temperatura; temperatura externa; porta aberta; falta de energia elétrica comercial; sistema de emergência do em atividade; indicação do nível das baterias do sistema de emergência. Software de gerenciamento para relatórios e gráficos de desempenho, inclusive retroativos, permitindo o gerenciamento da câmara via internet. GARANTIA mínima de 12 (doze) meses. A garantia deverá ser prestada no local de instalação dos equipamentos. Produto deverá ser REGISTRADO junto a ANVISA. APRESENTAR CATALOGO PARA ANÁLISE. APARELHOS 110VOLTS. ENTREGA TÉCNICA COM TREINAMENTO DE USO

3,00 UN 40,00 0,00 Desconto Ofertado 0,00%

DESCRICAÇÃO: CARRINHO PARA TRANSPORTE DE CILINDRO  
Especificações técnicas:  
Carinho para cilindro de 7 a 10 litros;  
Estrutura e base em ferro;  
Rodízios de alta qualidade;  
Fabricado em tubos galvanizados de ferro com pintura eletrolítica branca;  
Acompanha alças ajustáveis em velcro;  
28,00 UN 40,00 0,00 Desconto Ofertado 0,00%

DESCRICAÇÃO: CILINDRO DE ALUMÍNIO DE O2  
10L - sem carga  
Cilindro de oxigênio medicinal com capacidade para 10 litros, especialmente desenvolvido para armazenar gases comprimidos ou liquefeitos. Feito em alumínio, este produto é fornecido vazio e acompanha válvula cromada e rosca padrão ABNT 218-1 gás Oxigênio com o mais alto padrão de qualidade para garantir a segurança e conforto do paciente.  
Especificações técnicas:  
Capacidade 10 litros;  
Feito em alumínio;  
Sem carga;  
Válvula cromada;  
Rosca padrão ABNT 218-1 gás O2;  
Garantia de fábrica: 01 ano contra defeitos de fabricação.  
31,00 UN 6,00 0,00 Desconto Ofertado 0,00%

DESCRICAÇÃO: DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO - DEA  
DISPLAY: LCD CRISTAL LIQUIDO, CARGA: 0 ~ 200 JOULES, TIPO ONDA: BIFÁSICO, TEMPO CARGA: 6 SEG, GRAVAÇÃO/ARMAZENAMENTO: GRAVAÇÃO DE EVENTOS COM DATA, HORA, REGISTRO DE ECG E DURAÇÃO, INTERVALOS DE RPC, TIPO BATERIA: INTERNA RECARREGAVEL, LIMITAÇÃO ENERGIA PAS: 50 JOULES, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 100-240 V / 50 - 60 HZ, ACESSÓRIOS: CARREGADOR BATERIA, 1 PAR ELETRÓDOS AUTO ADESIVOS ADULTO, BOLSA PROTETORA COM ALÇA TRANSPORTE DEA, MANUAL DO EQUIPAMENTO, ACOMPANHADO DE ACESSÓRIOS EXTRA;  
PAR DE ELETRÓDO, TIPO: DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA), FIXAÇÃO: AUTOADESIVA, MODELO: N/D, CABO: COM, TAMANHO: ADULTO, COMPATÍVEL COM APARELHO OFERTADO  
PAR DE ELETRÓDO, TIPO: DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA), FIXAÇÃO: AUTOADESIVA, MODELO: N/D, CABO: COM, TAMANHO: INFANTIL, COMPATÍVEL COM APARELHO OFERTADO  
01 BATERIA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, PEÇA REPOSIÇÃO, APLICAÇÃO: DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA), MODELO: COMPATÍVEL COM APARELHO OFERTADO.  
DIÁTERIA SER FEITA ENTREGA TÉCNICA COM TREINAMENTO DE USO.  
APARELHO COM REGISTRO ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE



**Município de Itajubá**  
**TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**



Processo Licitatório: 050/2022  
 Modalidade: REGISTRO DE PREÇOS (R)  
 Número da Licitação: 021/2022  
 Materiais  
 Página: 5

APRESENTAR CATÁLOGO PARA ANÁLISE

**Desconto Ofertado** 0,00%

32,00 UN 25,00 0,00

**DESCRIÇÃO:** Destiladora de água PARA USO DE UNIDADE DE SAÚDE com capacidade de produção mínima entre 3 a 5 litros/hora. Voltagem 110 volts. Aparelho utilizado para purificar a água. que não necessita instalação hidráulica. Desligamento automático na falta d'água. Frequência: 60 Hz. Com Assistência técnica no Brasil. Deve ser apresentado o Certificado de Garantia mínima de 12 meses e Manual de Operação e serviço em Português do Brasil.

APRESENTAR CATÁLOGO PARA ANÁLISE

**Desconto Ofertado** 0,00%

33,00 UN 30,00 0,00

**DESCRIÇÃO:** Destruidor de agulhas Funcionamento elétrico. Equipamento conforme a lei 9.273, vigente Com gaveta interna para depósito de resíduos, sem contato com as partes de saúde; Capaz de destruir agulhas com diâmetro de 0,1 a 1,6mm. Carenagem confeccionada em poliestireno de alto impacto. Voltagem 110 volts Garantia mínima de 12 meses Apresentar catálogo para análise

**DESCRIÇÃO:** DETECTOR FETAL

**Desconto Ofertado** 0,00%

34,00 UN 25,00 0,00

Detector fetal digital de mesa com tela em LCD e bateria recarregável. Produto de alta tecnologia com alto desempenho, transdutor de alta sensibilidade, tela de LCD para visualização numérica do batimento cardíaco fetal, bateria interna recarregável e carregador integrado proporcionando um menor de funcionamento do aparelho. Design compacto e fácil de operar podendo ser usado em clínicas, hospitais e home care. Bateria recarregável Ni-MH DC (autonomia de bateria por 4 horas e indicador de carga) (Conteúdo da Embalagem: Monitor; Sonda (transdutor) de 2 MHz(+/- 10%); Bateria Ni-MH; Carregador bivolt.

**Desconto Ofertado** 0,00%

35,00 UN 25,00 0,00

**DESCRIÇÃO:** Eletrocardiografo ACESSÓRIOS) 1 CABO DE ECG, 12 CANAIS, OPERAÇÃO COMUNICAÇÃO COM COMPUTADOR IMPRESSÃO DIRETA NO CONSOLE, COM TODOS ACESSÓRIOS: CABOS, PERAS, ELÉTRODOS EQUIPAMENTO PRONTO PARA O USO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:

Aparelho para diagnóstico de anomalias cardíacas e revelar tendências ou mudanças na função cardíaca, devendo atender as seguintes especificações: portátil; Multicanal; pelo menos 12 canais com aquisição simultânea; O toque de uma única tecla para obtenção das 12 derivações do ECG; impressão por cabeça térmica de alta resolução; Seleção de derivação automática ou manual; variação de sensibilidade no mínimo para 5, 10 e 20 mm/mv; velocidade mínima de registro de 5, 25 ou 50 mm; frequência de amostragem mínima de 1000 Hz; resolução digital de 5 micro volts, com filtro para 60 Hz e para tremor muscular; com possibilidade de captura de qualquer derivação precordial, sinal de calibração;

deve detectar marca-passo com variação de 1 a 50 mv/0,1 a ms; impressão estendida quando arritmia for detectada tela de cristal líquido de no mínimo 7"; impressora integrada ao aparelho, com registro em papel tamanho A4 ou bobinas; capacidade de armazenamento de no mínimo 600 gravações de ECG em memória interna



**Município de Itajubá**  
**TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**



Processo Licitatório: 050/2022  
 Modalidade: REGISTRO DE PREÇOS (P  
 Número da Licitação: 021/2022  
 Materiais  
 Página: 6

tecnologia digital de processamento, indicando: frequência cardíaca, ganho, velocidade, derivada, de 110-240 volts, 60 Hz com filtro, com bateria interna recarregável com autonomia de no mínimo duas horas em uso normal, fonte de alimentação incorporada ao corpo do equipamento. Possibilidade teste de estresse, disponível software de cada para gerenciamento de exames. Deve acompanhar 01 cabo de força, 02 cabos de pacientes com 10 vias com conectores tipo clip, mínimo 50 folhas de papel termo sensível medidas(A4) ou mínimo 50 bobinas para pronto exames, 6 eletrodos precordiais de sucção, 4 eletrodos de membro tipo clip, 1 frasco de gel, 1 carrinho para transporte com prateleira para acessórios e com rodízios, e todos os acessórios necessários para o completo funcionamento do equipamento. Garantia Mínima de 12 meses. Entrega técnica com treinamento para o funcionário que irá utilizar. Apresentar catálogo para análise.

**DESCRICAÇÃO:** EQUIPO  
 36,00 UN 4,00 0,00  
**Desconto Ofertado** 0,00%

odontológico portátil com 3 ou mais pontas. Mínimo duas pontas com conexão tipo borden para alta e baixa rotação ou outro, proporcionando compatibilidade com uma vasta gama de equipamentos (peças de mão) disponíveis no mercado. A próxima ponta é dotada de uma seringa triplíce. A seringa triplíce possui design arredondado (sem cantos vivos) e cabo em alumínio (super leve) proporcionando um excelente manuseio e fácil empunhadura. O Módulo de 03 ou mais Pontas possui também pedal pneumático de acionamento progressivo, proporcionando um melhor controle do acionamento e trabalhos mais precisos. - Especificações: O reservatório de água tem capacidade máxima de 500 ml. Mangueiras inclusas. O modular sai de fábrica calibrado e regulado. Pontas: 3 ou 4 (mínimo 2 borden e 1 seringa triplíce). Pressão de trabalho da Alta Rotação = 35 lb/pol<sup>2</sup> (ajustável). Pressão de trabalho do Micro motor = 45 lb/pol<sup>2</sup> (ajustável). - Itens inclusos: Acompanha alta e baixa rotação, seringa triplíce. - O equipamento deve ser adaptável ao ar comprimido do centro cirúrgico, sem necessidade de compressor portátil. Garantia 12 meses contra defeitos de fabricação. Apresentar catálogo para análise.

**DESCRICAÇÃO:** INSTANTE  
 37,00 UN 4,00 0,00  
**Desconto Ofertado** 0,00%

ESTANTE: CAIXA PROTETORA, UTILIZADA JUNTO A MOTORES DE POLIMENTO DE PROTESE DENTÁRIA PARA EVITAR A SUJEIRA NOS (CONSULTÓRIOS) APRESENTAR: BOCAL PARA LÂMPADA INCANDESCENTE E CHAVE LIGA/DESLIGA CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO SENDO AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: RESISTÊNCIA AO IMPACTO, LEVE, ATÓXICA E BOA RIGIDEZ, FÁCIL LIMPEZA, ACOMPANHADO DE GAVETA PARA RESÍDUOS, FACILITANDO A LIMPEZA, DESIGN MODERNO, LÂMPADA INCANDESCENTE AUXILIANDO NA HORA DO TRABALHO. SENDO ESTE ITEM DEVE SER COMPATÍVEL COM MOTOR TORNO PARA POLIMENTO DE PROTESE DENTÁRIA A SER ADQUIRIDO NESSE PROCESSO LICITATORIO

**DESCRICAÇÃO:** FOCO  
 38,00 UN 25,00 0,00  
**Desconto Ofertado** 0,00%

REFLETOR AMBULATORIAL: ILUMINAÇÃO HALOGENIA, HASTE FLEXIVEL Altura regulável Pes com rodízios giratórios de 2", Bivolt



**Município de Itajubá**  
**TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**



Processo Licitatório: 050/2022

Modalidade: REGISTRO DE PREÇOS (P

Número da Licitação: 021/2022

Materiais

Página: 7

Acabamento pintura epóxi, com tratamento anti-ferruginoso  
 REGISTRO ANVISA/ Garantia de fabricação  
 APRESENTAR CATALOGO PARA ANÁLISE, APARELHOS 110VOLTS

40,00 UN 4,00 Desconto Ofertado 0,00%

**DESCRIÇÃO:** IMOBILIZADOR DE CABEÇA INFANTIL  
 O Imobilizador de Cabeça Infantil é utilizado no resgate e transporte de vítimas, este produto é indicado para imobilizar a cabeça, em conjunto com o colar cervical de gile e uma prancha de imobilização. É produzido em ABS e preso com velcro ao tecido que reveste a prancha, este artigo possui dois cintos de imobilização guilavéis para testa e queixo, é resistente a impactos e possui orifício auricular de 80 mm para verificação de sangramento, seu material de espuma de vitiil emborrachada, torna este imobilizador de cabeça impermeável e lavável.  
 Informações Adicionais:  
 -Produzido em ABS  
 -Preso com Velcro ao tecido  
 -Possui dois cintos de imobilização  
 -Possui orifício auricular de 80 mm  
 -Feito em material de espuma vitiil emborrachada  
 -Impermeável e lavável  
 -Base fixada na prancha 39 x 24 cm  
 -Lâminas fixadas na base 23 x 13 x 5 cm  
 -Orifício auricular para verificação de sangramento de 80 mm.  
 Altura 9 cm  
 Largura 38 cm  
 Prof. 25 cm  
 Peso 0,550 Kg  
 Cor Amarela

41,00 UN 25,00 Desconto Ofertado 0,00%

**DESCRIÇÃO:** 4 SAIDAS - INALADOR  
 Compressor: Pistão oscilante  
 Nebulizadores: 4 unidades que trabalham individualmente ou simultaneamente  
 Terminais de saída: Fabricado com válvulas especiais que permitem a conclusão individual, sem afetar o funcionamento dos demais.  
 Voltagem: 110 e 220 volts (60 Hz) autom.  
 Itens Inclusos:  
 01 Inalador com 04 saídas  
 04 Conjuntos de Nebulizadores em saco plástico contendo: Tubo átoxico e copo dosador;  
 08 Máscaras em PVC anatômicas e átoxicas, (01 Adulto e 01 Infantil cada conjunto)  
 01 Folheto com manual de Instruções  
 APRESENTAR CATALOGO PARA ANÁLISE

42,00 UN 10,00 Desconto Ofertado 0,00%

**DESCRIÇÃO:** KIT CILINDRO OXIGENIO  
 3 LITROS;  
 CONTEUDO:  
 BOLSA COM RODINHAS PARA TRANSPORTE DO CILINDRO DE 3 LITROS  
 CILINDRO DE 3 LITROS DE OXIGENIO MEDICINAL  
 VÁLVULA REGULADORA COM FLUXOMETRO



**Município de Itajubá**  
**TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**



Processo Licitatório: 050/2022  
 Modalidade: REGISTRO DE PREÇOS (P  
 Número da Licitação: 021/2022  
 Matéria: 8  
 Página: 8

<p>CONJUNTO DE UMIFICADOR                  APRESENTAR CATALOGO PARA ANÁLISE</p> <p align="right"><b>DESCRICAÇÃO:</b>                  LASER PORTÁTIL                  RA USO TERAPEUTICO</p> <p>Atixa potência sem fio, composição: 1 peça de mão/c/dupla função: vermelho e infravermelho com suporte e fonte de alimentação, para analgesia, reparação tecidual, redução de processos inflamatórios e etc., potência de no mínimo 100 mw, comprimento de onda vermelho 660 nm, infravermelho 808 nm (+/-10nm), possui ajustes de intensidade, dose, até 9 joules, opção modo assistido, mostrador digital, verificar nível de bateria, 3 óculos de proteção, 1 espagador, bivolet automático 90-240V, bateria li-on, embalagem que garante a integridade do produto, garantia de 24 meses, assistência técnica e manual de instruções em português, o produto deverá obedecer a legislação vigente.</p> <p align="right">APRESENTAR CATALOGO PARA ANÁLISE</p>	44,00 UN	16,00	0,00	Desconto Ofertado 0,00%
<p>DESCRICAÇÃO:                  Mesa auxiliar                  " 01 Mesa Auxiliar em chapa de aço pintada de branco                  - 02 Prateleiras                  " 01 Bandeja plástica: Material: Aço com pintura branca:                  " Capacidade suportada: mínima 7kg por prateleira ou bandeja:                  " Com 04 rodízios:                  " Dimensões aproximadas : 40x48x80cm (PxlxA):                  " Montagem por conta do fornecedor                  " Cor branca                  " Apresentar catalogo para análise</p>	49,00 UN	30,00	0,00	Desconto Ofertado 0,00%
<p>DESCRICAÇÃO:                  Mesa Ginecológica                  PARA EXAMES EM CONSULTORIO MÉDICO: ESTRUTURA FERRO/AÇO PINTADO NA COR BRANCA Letio estofado cor azul claro dividido em três partes:                  anti-ferruginoso, pintura eletrostática à pó. Registro ANVISA Garantia de fabricação mínima 12 meses, apresentar catalogo para análise. PESO SUPORTADO ATÉ 150 KG                  Letio estofado em curvim azul claro,</p>	52,00 UN	15,00	0,00	Desconto Ofertado 0,00%
<p>DESCRICAÇÃO:                  Micro motor</p> <p>de bancada para aplicação em serviços de próteses dentárias. Torque máximo 8N.cm. Display digital de velocidade Controle de rotação direita e esquerda. Canela leve e ergonômica. Canela por indução. Apresentar catalogo para análise. 110 volts</p>	53,00 UN	4,00	0,00	Desconto Ofertado 0,00%
<p>DESCRICAÇÃO:                  NEGATOSCÓPIO</p>	56,00 UN	25,00	0,00	Desconto Ofertado 0,00%





**Município de Itajubá**  
**TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

Processo Licitatório: 050/2022  
Modalidade: REGISTRO DE PREÇOS (R)  
Número da Licitação: 021/2022  
Materiais  
Página: 9

58,00 UN	2,00	0,00	<b>DESCRÇÃO:</b> UM CORPO - - Painel frontal translúcido em acrílico na cor branco leitoso. - sistema de LEDs de alto brilho, que proporcionam maior iluminação. - Não existe risco de choque elétrico para o usuário, pois o próprio material já é um isolante. - Especificações técnicas - Chave liga/desliga: Duas posições - Bivolt automático 127/220V - Cor do corpo: Branco - Dimensões: 490x390x30 mm (+- 10%) - Área iluminada: 440x370 mm (+- 10%) - Área visível: 390x360 mm (+- 10%) - Frequência: 50/60 Hz - lâmpada: LED de alto brilho - garantia: 1 ano APRESENTAR CATALOGO PARA ANÁLISE	<b>Desconto Ofertado</b> 0,00%
59,00 UN	2,00	0,00	<b>DESCRÇÃO:</b> OFTALMOSCÓPIO BINOCULAR índice com sistema de iluminação a Led 5W. Deve possuir alimentação por bateria e ajuste da potência de iluminação no capacete. Distância Pupilar de 48 - 75 mm, diâmetro mínima da pupila de 2 mm, intensidade luminosa de aproximadamente 1200 lux, diâmetro dos Spots de Iluminação: 25, 35 e 45 (300mm), Filtros azul e verde com camada de proteção evaporada, lentes de vidro óptico com anti refletor. Acompanhar bateria e carregador acoplados ao capacete e maleta. Apresentar catálogo para análise garantia mínima 12 meses.	<b>Desconto Ofertado</b> 0,00%
60,00 UN	6,00	0,00	<b>DESCRÇÃO:</b> Phmetro de Bancada -Indicação digital em display gráfico de cristal líquido -Indicação digital simultânea do valor de pH, mV e temperatura - taxa de medição de 0,00 pH a 14,00 pH e +- 2000 mV absoluto; - Compensação automática da temperatura - Suporte dos eletrodos - Apresentação em três pontos: APRESENTAR CATALOGO PARA ANÁLISE, APARELHOS 110VOLTS - Precisão: +- 0,2° C, +-0,02 pH e 0,2 mV - Reprodutibilidade de + 0,01 pH e + 0,1 milivolts; - Legibilidade: 0,01 pH, 0,1 m V e 0,1° C, - Sensor de temperatura; Equipamento microprocessado, Garantida mínima 12 meses	<b>Desconto Ofertado</b> 0,00%
60,00 UN	6,00	0,00	<b>DESCRÇÃO:</b> Phmetro portátil -Indicação digital em display gráfico de cristal líquido - taxa de medição de 0,00 pH a 14,00 Ph - Reprodutibilidade de +- 0,3 pH - Precisão: +- 0,3 pH - Resolução de 0,01 pH - Calibração manual em 2 pontos; - função com 2 baterias de 1,5 volts, tipo relógio. - Apresentar catálogo para análise, APARELHOS 110VOLTS	<b>Desconto Ofertado</b> 0,00%





**Município de Itajubá**  
**TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

Processo Licitatório: 050/2022  
Modalidade: REGISTRO DE PREÇOS (R)  
Número da Licitação: 021/2022  
Materiais  
Página: 10

63,00 UN	50,00	0,00	<b>DESCRICAÇÃO:</b> Seladora de papel grau cirúrgico compacta de mesa para uso em papel grau cirúrgico com guilhotina de corte. Acionamento manual. Sistema elétrico bivolt. Confeccionada em aço carbono. (componentes injetados em plástico ABS, polímero resistente a impactos e temperatura. APRESENTAR CATALOGO PARA ANÁLISE, APARELHOS 110VOLTS	<b>Desconto Ofertado</b> 0,00%
65,00 UN	20,00	0,00	<b>DESCRICAÇÃO:</b> SISTEMA DE EXAUSTÃO de ar com filtro HEPA Unidades portáteis de descontaminação que propiciam filtragem do ar, renovação do ar, renovação do ar/exaustão. Equipada com filtro HEPA com retenção de 99,995 de agentes microbiológicos e de partículas até 0,3µm. Possui duplo estágio de filtragem com um pré filtro que aumenta a durabilidade do filtro HEPA. Provém no mínimo 12 trocas de ar por hora, com fluxo unidirecional sem causar perda de temperatura. Fabricado em chapa de aço carbono com pintura epóxi eletrostática. Botão liga/desliga. Possui 4 rodízios. Possui motor equipado com protetor térmico. Baixo nível de ruído (64dB). Vazão 300 m³/h. Potência 780W. Voltagem 220V. Com grelha de proteção. Altura 77cm. Largura 36cm. Profundidade 38 cm. (com variações de 10% para mais ou menos nessas medidas). Garantia 24 meses. Filtro HEPA com registro na ANVISA.	<b>Desconto Ofertado</b> 0,00%
66,00 UN	12,00	0,00	<b>DESCRICAÇÃO:</b> Suporte PORTÁTIL COM LAMPADA INFRA MEDICINAL 150W 110V: suporte possui regulagem para direcionamento do foco da lâmpada. Corpo: pbr. Base: ferro. Soquete porcelana ate 500w de potencia. Rosca: e27. Dimensões aproximada do suporte: altura 28 cm - comprimento 20 cm Apresentar catálogo para Análise	<b>Desconto Ofertado</b> 0,00%
69,00 UN	2,00	0,00	<b>DESCRICAÇÃO:</b> Turbidímetro de Bancada Equipamentos Em Conformidade Com A Portaria 518/2004 Do Ministério Da Saúde Modo De Medição: NTU, EBC, Nefelométrico, ABS,%T Ou Cu Faixa Mínima: De 0- 1000 Ntu, Precisão: +/- 2% De Leitura Sensores Para Correção De Erros De Cor Água Aparelho Microprocessado, Padrões Prontos Para Facilitar Calibração, Gabinete Livre De Corrosão, Saída Para Computador Tipo Rs-232, Impressora Embutida, Lâmpada De Vida Útil Mínima 8.800 Horas, Indicador De Leitura Estável, Calibração Automática Com 5 Padrões, Alimentação 110/220 Volt. Fonte De Luz Led Ou Lâmpada De Tungstênio Incluso Mínimo 5 Cubetas Padrão De Turbidez, 01 Cubeta De Amostra, Suporte Para Cubetas, Manual De Instruções, Equipamento Com Garantia Mínima De 12 Meses. Apresentar catálogo para análise APRESENTAR CATALOGO PARA ANÁLISE, APARELHOS 110VOLTS	<b>Desconto Ofertado</b> 0,00%
72,00 UN	10,00	0,00	<b>DESCRICAÇÃO:</b> VIBRADOR DE GESSO ODONTOLÓGICO Uso no vazamento de gesso para confecção de modelos odontológicos. Com potenciômetro para escolha do nível de vibração. Luz piloto indicadora de equipamento ligado. Banda removível para facilitar a limpeza. Frequência 50/60HZ. Potência 40w. APRESENTAR CATALOGO PARA ANÁLISE, APARELHOS 110VOLTS	<b>Desconto Ofertado</b> 0,00%



**Município de Itajubá**  
**TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**



Processo Licitatório: 050/2022  
 Modalidade: REGISTRO DE PREÇOS (P)  
 Número da Licitação: 021/2022  
 Materiais  
 Página: 11

**Total para Este Fornecedor: 0,00**

ATC INDUSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS TÉCNICOS EIRELI - EPP	142/22	CPF/CNPJ: 18.016.106/0001-49
---	--------	------------------------------

Item	Unidade	Qtd	V. Unit.	V. Total	Marca
46,00	UN	4,00	1.950,00	7.800,00	DEL LAB
<b>DESCRIÇÃO:</b>					
Medidor de Cloro e Fluor					
- Calibração efetuada pelo usuário com padrões fornecidos com o aparelho;					
- Inserção de curva de calibração pelo usuário					
- Display com luz de fundo, para leituras em ambientes pouco iluminados					
- Precisão total melhor que 1,5%					
- Resolução de 0,01 mg/L com reprodutibilidade de + 0,02 mg/L					
- Leitura de cloro livre e total entre 0,00 e 2,50mg/L com resolução de 0,01 e entre 2,6 e 5,0mg/L com resolução 0,1					
- Leitura de fluor entre 0,00 e 2,00 mg/L					
Equipamento microprocessado, Apresentar catálogo para análise, Garantia mínima 12 meses					
APRESENTAR CATÁLOGO PARA ANÁLISE, APARELHOS 110VOLTS DEL LAB					
<b>Desconto Ofertado 0,00%</b>					
70,00	UN	2,00	2.300,00	4.600,00	DEL LAB

Item	Unidade	Qtd	V. Unit.	V. Total	Marca
70,00	UN	2,00	2.300,00	4.600,00	DEL LAB
<b>DESCRIÇÃO:</b>					
Turbidímetro Portátil					
- Calibração efetuada pelo usuário com padrões fornecidos com o aparelho;					
- Inserção de curva de calibração pelo usuário					
- Turbidímetro Portátil-Calibração efetuada pelo usuário com padrões fornecidos com o aparelho;					
- Inserção de curva de calibração pelo usuário					
- Display com luz de fundo, para leituras em ambientes pouco iluminados,					
- Precisão + - 2% até 100 NTU e 3% de 100 a 1000 NTU;					
- Resolução de 0,01 NTU;					
- Desligamento automático após algum tempo sem utilização					
- Leituras em unidades Nefelométrica de turbidez ( NTU ) e Unidade Formazina de Turbidez ( FTU ), a unidade de medida da água é a NTU;					
- Faixas de Leituras: 0,1 NTU de 10,0 a 99,9 NTU					
- Tubercas calibradas, 4 padrões secundários de 0,10; 10,0; 100 e 1000 NTU.					
- Parelho com garantia mínima de 12 meses, Apresentar catálogo para análise DEL LAB					
<b>Desconto Ofertado 0,00%</b>					
<b>Total para Este Fornecedor: 12.400,00</b>					

ATVANTE COMERCIAL LTDA ME	142/22	CPF/CNPJ: 03.479.428/0001-57
---------------------------	--------	------------------------------

Item	Unidade	Qtd	V. Unit.	V. Total	Marca
22,00	UN	12,00	1.999,80	23.997,60	ORTOMOBIL

<b>DESCRIÇÃO:</b>					
Cadeira de Rodas					
OBESO -					
- Construída em aço carbono					
- Estrutura dobrável em duplo X					
- Pintura eletrolítica epóxi					
- Estofamento em nylon acolchoado					
- Almofada					
- Assento reforçado com tiras tensores especiais					
- Rodas traseiras de 24", em alumínio com pneus anti-furo					
- Rodas dianteiras de 8" maciças					
- Freios bilaterais reguláveis					
- Protetores de roupa com aba					
- Apoios de pés articuláveis, rebatíveis, removíveis e reguláveis em altura					
- Apoios de braço escamoteáveis					
- Capacidade mínima 160 kg					
- Largura do assento: 60 cm (+ - 10%)					
- Largura total da cadeira: 80 cm (+ - 10%)					

*(Handwritten signature in blue ink)*





**Município de Itajubá**  
**TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

Processo Licitatório: 05/02/022  
Modalidade: REGISTRO DE PREÇOS (P)  
Número da Licitação: 02/12/022  
Materiais  
Página: 12

- Peso da cadeira: 27 kg (+/- 10%)  
Cor: Preto  
ORTOMOBIL

Item	Unidade	Qtd	V. Unit.	V. Total	Marca	CPF/CNPJ
29,00	UN	4,00	71,53	286,12	RESGATE SP	29.312.896/0001-26
<b>DESCRÇÃO:</b> CINTO TIRANTE ARANHA para colocação em prancha rígida onde fixará a vítima a ser socorrida ou transportada da melhor forma possível. -Modelo Infantil; confeccionado em fitas de poliâmidas 100% preta e colorida em 50mm de largura; fecho de regulagem em velcro e regulador plástico preto RESGATE SP						
<b>Desconto Ofertado</b> 0,00%						
<b>Total para Este Fornecedor:</b> 24.283,72						

Item	Unidade	Qtd	V. Unit.	V. Total	Marca	CPF/CNPJ
71,00	UN	25,00	1.295,00	32.375,00	DENTEMED	12.967.916/0001-02
<b>DESCRÇÃO:</b> ULTRASSOM para consultório odontológico com jato de bicarbonatoPeça de mão confeccionada com materiais de alta qualidade. *Corpo construído em alumínio o que garante leveza ao produto. * Instrumento autoclavável a 135 °C. * Instrumento de mão utilizado no desgaste e remoção de tártaro, na profilaxia dental, na remoção de placas e cálculos supra e subgingivais, na remoção e limpeza do bifilme mineralizado e não mineralizado, entre outros. * E de confortável manuseio, pois além de ergonômico, também possui peso reduzido, alta potência e baixo nível de ruído. * Movimento elíptico da ponta, muito eficiente na remoção de tártaros. * O desenho estilizado, seu cabo anatômico e seu baixo peso reduzem o cansaço em tratamentos longos. * O sistema de refrigeração proporciona à superfície a ser tratada uma temperatura amena e constante, sem causar danos ao tecido tratado. * Fácil instalação. * Dispositivo que possui ponta que oscila (frequência de 3000-8000 Hz) devido à passagem de ar comprimido (pressão de ar: 2,46Kg/cm2 = 35 lbs psi) em seu sistema transdutor. * Seu encaixe ao equipamento se dá através do modelo de conexão borderon. * Este produto apresenta 3 pontas universais. * Garantia: 1 ano. * Apresentar catálogo para análise DENTEMED						
<b>Desconto Ofertado</b> 0,00%						
<b>Total para Este Fornecedor:</b> 32.375,00						

Item	Unidade	Qtd	V. Unit.	V. Total	Marca	CPF/CNPJ
43,00	UN	10,00	550,00	5.500,00	MARIMAR	12.967.916/0001-02
<b>DESCRÇÃO:</b> KIT PRANCHAS PARA RESGATE COMPLETO COM IMOBILIZADOR DE CABEÇA E TIRANTES Características Prancha: Projetada para o transporte manual de vítimas de acidentes; Dimensionada para suportar vítimas com peso até 180 kg; Rígida, leve e confortável; Possui pegadores amplos para facilitar o uso com luvas; Design em ângulo para melhor acomodação do paciente; Translúcida, para o uso em Rato-X e Ressonância Magnética; Possui aberturas específicas para facilitar a imobilização da vítima; Possibilita o resgate na água e em alturas;						





**Município de Itajubá**  
**TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

Processo Licitatório: 050/2022  
Modalidade: REGISTRO DE PREÇOS (P  
Número da Licitação: 021/2022  
Materiais  
Página: 13

Produzida em poliuretano com alta resistência a impactos;  
Cores disponíveis: Vermelha e Amarela.  
Observação: A Prancha de Imobilização possui aberturas específicas para utilização do cinto de segurança estilo aranha, imobilizador de cabeça (coxins) como acessórios.

Dimensões:  
Comprimento aberta: 1850 mm;  
Largura aberta: 450 mm;  
Altura máxima: 70 mm;  
Peso líquido: 6,5 kg;  
Capacidade de carga: 180 kg  
Características Imobilizador de Cabeça (tipo Head Block):  
Imobilizador de Cabeça (COXIM): Confeccionado em ABS, resistente a impactos; utilizado em conjunto com prancha de imobilização; anatômico, regulagem com 'cros, base com regulagem.

Utilizado para imobilizar a cabeça da vítima.  
Confeccionado em espuma viril emborrachada.  
Possui dois cintos imobilizadores reguláveis para testa e queixo do paciente a imobilizar.  
Base fixada na prancha 40 x 25 cm.  
Laterais fixadas na base 25 x 16 x 0,9 cm.  
Orifício articular para ventilar de sangramento, 80 mm.

**DESCRIÇÃO:**  
PRANCHA PARA RESGATE INFANTIL  
A Prancha para Resgate Poliuretano foi desenvolvida para atender a casos de emergência onde haja situações envolvendo crianças como escolas, locais de lazer, diversos, etc.  
É confeccionada em fibra de poliuretano, material de alta resistência a impactos; e design em ângulo que oferece melhor acomodação ao paciente. Esta prancha acompanha jogo com 3 cintos.  
A Prancha para Resgate Poliuretano é rígida, leve e confortável; transiçda para o uso em ressonâncias magnéticas e Raio X; e possui aberturas específicas que facilitam a imobilização da vítima e o uso com luvas. Medida: 124 X 44 x 4  
MARMAR

62,00	UN	4,00	380,00	1.520,00	MARMAR
<b>Desconto Ofertado 0,00%</b>					
<b>Total para Este Fornecedor: 7.020,00</b>					

CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI					
CPF/CNPJ: 07.626.776/0001-60					
2,00	UN	50,00	328,00	16.400,00	PREMIUM / H200 RODIZIO
<b>DESCRIÇÃO:</b> APARELHO DE PRESSAO PARA AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL ESFIGMOMANOMETRO PEDESTAL COM RODIZIOS. O produto devera possuir REGISTRO ANVISA. GARANTIA MINIMA 12 MESES APRESENTAR CATÁLOGO PARA ANÁLISE PREMIUM / H200 RODIZIO					
<b>Desconto Ofertado 0,00%</b>					

54,00	UN	8,00	5.450,00	43.600,00	CREATIVE / K-12
<b>DESCRIÇÃO:</b> MONITOR MULTIPARAMETROS - parâmetros básicos: eletrocardiograma (ecg); oximetria de pulso (spo2); pressão não invasiva (pni); temperatura 2 canais respiração.					





**Município de Itajubá**  
**TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

Processo Licitatório: 050/2022  
Modalidade: REGISTRO DE PREÇOS (P)  
Número da Licitação: 021/2022  
Materiais  
Página: 14

Parâmetros opcionais: pressão invasiva (pi) 2 canais; capnografia.  
Características técnicas mínimas  
: Tela de no mínimo 12" com teclas de atalho; portátil contendo alça para  
transporte manual; Identificação do paciente; comunicação em rede; bateria interna recarregável; alarmes auditivos e visuais; controle de velocidade.  
Garantia Mínima de 12 meses  
Registro no Ministério da Saúde/ANVISA e estar de acordo com as Normas Vigentes  
Apresentar catálogo para análise.

ENTREGA TÉCNICA COM TREINAMENTO DE USO  
CREATIVE / K-12

Desconto Ofertado 0,00%

Total para Este Fornecedor: 60.000,00

Item	Unidade	Qtd	V. Unit.	V. Total	Marca
57,00	UN	40,00	639,00	25.560,00	MD / OMNI 3000 XENON

COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA  
CPF/CNPJ: 95-433.397/0001-11

DESCRIÇÃO: OFTALMOSCÓPIO

Direto, para avaliação do fundo de olho, retina e outras estruturas oculares. Indicado para diagnosticar doenças como glaucoma e catarata, além de lesões, tumores na retina e teste do olho em recém-nascidos.

Características do produto:  
- Iluminação branca e de alto brilho, com excelente nitidez da imagem;  
- Leve, compacto e ergonômico, oferece alta performance e maior resistência;  
- Fácil substituição da lâmpada Xenon;  
- Cabo em metal com revestimento termoplástico reforçado;  
- Possui conveniente clip que proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso;  
- Não contém látex;  
- Acompanha estojo macio.  
- Cor: Preto;  
- Oftalmoscópio: Direto;  
- Número de Lentes: 19 dioptrias;  
- Aberturas: 5;  
- Filtro: Verde;  
- Lâmpada: Xenon;  
- Material da Cabeça: ABS;  
- Material do Cabo: Metal;  
- Acabamento do Cabo: Termoplástico;  
- Tensão: 2,5V;  
- Alimentação: 2 pilhas AA;  
- Bateria Liga/Desliga: Possui;  
- Clip de Bolso: Possui;  
- Comprimento Total: 170cm;  
- Peso Total: 65g.

19 lentes de -20 a +20 dioptrias com marcador iluminado.  
APRESENTAR CATÁLOGO PARA ANÁLISE MD / OMNI 3000 XENON

Desconto Ofertado 0,00%

Total para Este Fornecedor: 25.560,00

Item	Unidade	Qtd	V. Unit.	V. Total	Marca
15,00	UN	16,00	420,00	6.720,00	HOSPITALARE

D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI  
CPF/CNPJ: 07.994.516/0001-48

DESCRIÇÃO: BIOMBO  
MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL POLIDO TUBULAR, ACABAMENTO DA



**Município de Itajubá**  
**TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**



ESTRUTURA PINTURA EM EPOXI, TIPO TRIPLO DOBRÁVEL, ALTURA 1,80 CM, COMPRIMENTO 2,00 APROXIMADAMENTE, ABERTO CM, TIPO DE RODIZIO PONTEIRAS GIRATORIAS

ACOMPANHADO DO TECIDO. APRESENTAR CATALOGO PARA ANÁLISE. HOSPITALARE

DESCRISÃO: **DESCRISÃO:** Bragadeira para injeção  
 Descrição: Base regulável por mandril, haste zincada, base de ferro chato em pintura epóxi, concha inox, com regulagem de altura.  
 Preço: 19,00 UN 25,00 121,50 3.037,50 HOSPITALARE  
 Desconto Ofertado: 0,00%

DESCRISÃO: **DESCRISÃO:** Carro  
 Descrição: Configuração estrutura/ gabinete: Aço pintado/ aço inox  
 suporte para cilindro: possui, suporte de soró: possui  
 Gavetas: mínimo 4 gavetas, suporte para distribuidor: possui, Tábua de massagem: possui, Régua de tomadas: possui, Apresentar catálogo para análise  
 Preço: 26,00 UN 40,00 1.800,00 72.000,00 HOSPITALARE  
 Desconto Ofertado: 0,00%

DESCRISÃO: **DESCRISÃO:** CARRO DE CURATIVO  
 Descrição: com varanda construídas em aço inoxidável, com durabilidade, isentos de quinas e rebarbas cortantes.  
 "Colunas" em tubos reforçados  
 Tampa e paredeira em aço inox lisos escovado ou polido, com dobras laterais de reforço  
 "rodízios giratórios de diâmetro aproximados 3", Balde inox 5 litros, bacia inox 3 litros  
 suporte com bacia e balde em aço inox  
 "rodízios giratórios de diâmetro aproximados 75 x45 x80  
 Tamanho mínimo 75 x45 x80  
 Garantia Mínima 12 meses  
 Apresentar catálogo para análise.  
 HOSPITALARE  
 Preço: 27,00 UN 25,00 685,00 17.125,00 HOSPITALARE  
 Desconto Ofertado: 0,00%

DESCRISÃO: **DESCRISÃO:** Maca  
 Descrição: para exames adultos em consultórios médicos especificação mínimas, posição leito fixo, estrutura em aço ferro pintado na cor branca, pés com ponteiros para proteção, leito estofado em curvim azul claro, suporte para papel lençol. Peso mínimo suportado 120 kg  
 Apresentar catálogo para análise.  
 garantia mínima 12 meses.  
 Preço: 45,00 UN 30,00 438,00 13.140,00 HOSPITALARE  
 Desconto Ofertado: 0,00%

DESCRISÃO: **DESCRISÃO:** MESA  
 Descrição: leito estofado em curvim azul claro, HOSPITALARE  
 Preço: 47,00 UN 25,00 533,30 13.332,50 HOSPITALARE  
 Desconto Ofertado: 0,00%

Processo Licitatório: 050/2022  
 Modalidade: REGISTRO DE PREÇOS (P  
 Número da Licitação: 021/2022  
 Materiais  
 Página: 15







**Município de Itajubá**  
**TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**



Processo Licitatório: 05/2022  
 Modalidade: REGISTRO DE PREÇOS (P)  
 Número da Licitação: 021/2022  
 Materiais  
 Página: 17

Item	Unidade	Qtd	V. Unit.	V. Total	Marca
64.00	UN	4.00	6.077,41	24.309,64	SDORF

**DESCRIÇÃO:** SIMULADOR DE PACIENTE PARA CUIDADOS DE ENFERMAGEM - MANEJIM ANATOMICA DA CAVIDADE ORAL, ABERTURA MANDIBULAR, ARCADEA DENTÁRIA, LINGUA, APROXIMADAMENTE 170 CM, COM ESTRUTURA ANATOMICA DA CAVIDADE ORAL, ABERTURA MANDIBULAR, ARCADEA DENTÁRIA, LINGUA, PALATO ÚVULA, GLOTE, CORDAS VOCAIS, TRAÇOS ANATOMICOS REALISTICOS, CI AVICULA, OSSOS, ESTERNO, ESCAPULAS, COLUNA VERTEBRAL PARA USO EM AULAS DE ENFERMAGEM TEXTURA DA PELE MACIA, COM ORGÃOS FEMININOS E MASCULINOS, MODELO QUE PERMITA REALIZAR: BANHO NO LETO, HIGIENE ORAL, HIGIENE AURICULAR, TÉCNICA DE REMOÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DO PACIENTE, FIQUE EM DIFERENTES POSIÇÕES PARA EXAMES E TRATAMENTOS, SIMULAÇÃO ADMINISTRAÇÃO DE OXIGENIO, SIMULAÇÃO DE PASSAGEM DE Sonda NASOGÁSTRICA, SIMULAÇÃO DE CUIDADOS COM TRAQUEOSTOMIA, SIMULAÇÃO DE CURATIVOS E ASPIRAÇÃO, SIMULAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE INJEÇÃO INTRAMUSCULAR, SIMULAÇÃO DE CUIDADOS COM OSTOMIA, SIMULAÇÃO DE CUIDADOS COM O COTO DO MEMBRO INFERIOR, SIMULAÇÃO DE PASSAGEM DE Sonda VESICAL ( ALVIO E DEMORA ) SIMULAÇÃO DE PASSAGEM DE Sonda RESTAL ( ENEMA ) SIMULAÇÃO DE PUNÇÃO DE MEDULA EM REGIÃO LOMBAR E DE QUADRIL SIMULAÇÃO DE PUNÇÃO PLEURAL EM REGIÃO POSTERIOR DO TORAX APRESENTAR CATÁLOGO PARA ANÁLISE SDORF

Item	Unidade	Qtd	V. Unit.	V. Total	Marca
18.00	UN	20.00	2.197,00	43.940,00	GG

**DESCRIÇÃO:** BOMBA A VÁCUO PARA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO Sistema de sucção de alta potência, aspirador e drena todos os resíduos do meio bucal. Reduzindo geração de aerossóis. Construída com materiais com alta resistência à corrosão. Potência do motor 1/2HP. Atender até 2 cadeiras odontológicas. Garantia Mínima 12 meses Apresentar catálogo para análise GG

**Desconto Ofertado:** 0,00%

**Total para Este Fornecedor:** 24.309,64

Item	Unidade	Qtd	V. Unit.	V. Total	Marca
1.00	UN	12.00	192,55	2.310,60	INDAIA / ANDADOR

**DESCRIÇÃO:** ANDADOR Utilizado para treino da marcha com meio auxiliar. Material de alumínio; regulável; ponteira de borracha antiderrapante; dobrável e articulável; capacidade mínima suportada: 100 kg. Apresentar catálogo para análise. Garantia de fabricação

**DESCRIÇÃO:** HAND SHOP - SUPRIMENTOS MÉDICOS E TERAPÊUTICOS LTDA

CPF/CNPJ: 00.267.908/0001-66

**Desconto Ofertado:** 0,00%

**Total para Este Fornecedor:** 43.940,00





## Município de Itajubá TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório: 050/2022  
Modalidade: REGISTRO DE PREÇOS (P)  
Número da Licitação: 021/2022  
Materiais  
Página: 18

INDAIA / ANDADOR

Item	Unidade	Qtd	V. Unit.	V. Total	Marca
14.00	UN	12.00	1.449,00	17.388,00	DREAM / HI
<b>DESCRÇÃO:</b> BICICLETA ERGOMÉTRICA HORIZONTAL. Utilizada para reabilitação funcional aeróbica, fortalecimento de membros inferiores. Display em LCD; monitoramento: distância, cronometragem, monitorização cardíaca, calorias, nível de carga e relógio. Dimensões aproximadas: 1,41m, 0,63m, 1,04 m. Garantia de fabricação Apresentar catálogo para análise DREAM / HI					
<b>DESCRÇÃO:</b> TENS E FESS Portátil - 2 Canais - TENS/FESS; Material: Metal e Polipropileno. Voltagem: Bivolt (automático). Comutação Automática: 127 e 220 volts   50/60 Hertz. Entrada: 100-240V. Saída: 09 Volts. Dimensões e especificações aproximadas: 7,8 x 14,8 x 5cm (L x P x A). Peso: 0,240 Kg. Itens Inclusos: - Aparelho de TENS FESS 2 Canais, 04 Eletrodos de silicone 3cm x 5cm, 01 Cabo de conexão ao paciente - Laranja com 02 saídas, 01 Cabo de conexão ao paciente - Preto com 02 saídas, 01 Matéria plástica pequena azul e cristal, 01 Bismaga de gel 100g, 01 Manual de instruções, 01 Bateria 9Volts, 01 Fonte 500Ma					
Garantia de fabricação mínima 12 meses					
Apresentar catálogo para análise IBRAMED / NEURODIN					
<b>DESCRÇÃO:</b> Balança portátil com bioimpedância. Características mínimas: ser confeccionada em material resistente a impactos e quedas e possuir uma superfície antiderrapante e de fácil higienização; ser portátil e homologada pelo Inmetro e fda; possuir capacidade de suportar peso de até 180 kg; possuir capacidade de verificação de baixos pesos com resolução de no mínimo 0,1 kg; possuir o funcionamento através de baterias; possuir pelo menos 6 (seis) ou mais indicadores de parâmetros corporais; possuir um display (visor) de led; possuir a capacidade de armazenamento de no mínimo 10 (dez) perfis de usuários; possuir certificado de calibração; garantia de no mínimo 3 anos. Apresentar catálogo para análise MULTILASER / HC059					
<b>DESCRÇÃO:</b> Motor TORNO DE BANCADA PARA POLIMENTO DE PROTESE DENTÁRIA: DESCRIÇÃO: EQUIPAMENTO COMPOSTO POR: PONTA PARA ESCOVA DIREITA OU PEDRA, PONTA PARA ESCOVA ESQUERDA. CHAVE ELÉTRICA LIGA/ DESLIGA. CHAVE SELECIONADORA DE VOLTAGEM NA PARTE TRASEIRA DO EQUIPAMENTO (LÂMPADA A PARTE) PROTEÇÃO DAS RESPIRATÓRIAS E OLHOS, ACOMPANHADO DE BANDEJA PARA FACILITAR A LIMPEZA. DIMENSÕES APROXIMADAS: 255 X 215X 310 MM					
VOLTAGEM: 110 V, POTENCIA UTIL APROXIMADAMENTE 185 WATTS, ROTAÇÃO ENTRE 3000 E 4000 RPMs, 01 VELOCIDADE PARA ADAPTAÇÃO DE PONTA RETA PARA ESCOVA, ESQUERDA PONTA RETA PARA ESCOVA DIREITA, PONTA RETA PARA PEDRA, PONTA RETA PARA MANDRIL, COM 04 PÉS DE BORRACHA PARA REDUÇÃO DA VIBRAÇÃO DA VIBRAÇÃO E ESTABILIDADE DO EQUIPAMENTO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES PARA USO EM PROTESE DENTÁRIA					
APRESENTAR CATÁLOGO PARA ANÁLISE					

Item	Unidade	Qtd	V. Unit.	V. Total	Marca
9.00	UN	25.00	199,00	4.975,00	MULTILASER / HC059

CPF/CNPJ: 13.704.844/0001-65

Item	Unidade	Qtd	V. Unit.	V. Total	Marca
55.00	UN	4.00	820,00	3.280,00	OGP/COD250

**DESCRÇÃO:** Motor TORNO DE BANCADA PARA POLIMENTO DE PROTESE DENTÁRIA: DESCRIÇÃO: EQUIPAMENTO COMPOSTO POR: PONTA PARA ESCOVA DIREITA OU PEDRA, PONTA PARA ESCOVA ESQUERDA. CHAVE ELÉTRICA LIGA/ DESLIGA. CHAVE SELECIONADORA DE VOLTAGEM NA PARTE TRASEIRA DO EQUIPAMENTO (LÂMPADA A PARTE) PROTEÇÃO DAS RESPIRATÓRIAS E OLHOS, ACOMPANHADO DE BANDEJA PARA FACILITAR A LIMPEZA. DIMENSÕES APROXIMADAS: 255 X 215X 310 MM

VOLTAGEM: 110 V, POTENCIA UTIL APROXIMADAMENTE 185 WATTS, ROTAÇÃO ENTRE 3000 E 4000 RPMs, 01 VELOCIDADE PARA ADAPTAÇÃO DE PONTA RETA PARA ESCOVA, ESQUERDA PONTA RETA PARA ESCOVA DIREITA, PONTA RETA PARA PEDRA, PONTA RETA PARA MANDRIL, COM 04 PÉS DE BORRACHA PARA REDUÇÃO DA VIBRAÇÃO DA VIBRAÇÃO E ESTABILIDADE DO EQUIPAMENTO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES PARA USO EM PROTESE DENTÁRIA

APRESENTAR CATÁLOGO PARA ANÁLISE



Município de Itajubá  
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO



Processo Licitatório: 05/2022

Modalidade: REGISTRO DE PREÇOS (P

Número da Licitação: 02/2022

Materiais

Página: 19

Total para Este Fornecedor: 8.255,00

Item	Unidade	Qtd	V. Unit.	V. Total	Marca
6,00	UN	6,00	313,00	1.878,00	NEVONI / 5005

CPF/CNPJ: 42.650.279/0001-07

DESCRÇÃO: ASPIRADOR COMPOSTO POR: 01- UNIDADE DE ASPIRAÇÃO 01- TUBO DE SUCCÃO 01- EXTENSÃO 01- RECIPIENTE 01- TAMPA 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES CAPACIDADE DO RECIPIENTE APROXIMADAMENTE: 1,3 LITROS - BIVOLT : 110/220 - FREQUENCIA: MINIMA 60 HZ CONSUMO APROXIMADO: 70 W SISTEMA: DIAFRAGMA -VACUO DE APROXIMADAMENTE 0 A 23"HG ( REGULAVEL ) - VALVULA AUTOMÁTICA DE NÍVEL APRESENTAR CATALOGO PARA ANALISE DA ENFERMAGEM EMAD NEVONI / 5005

Item	Unidade	Qtd	V. Unit.	V. Total	Marca
16,00	UN	6,00	3.330,00	19.980,00	EMAI / BP 150

DESCRÇÃO: BISTURI ELETRICO PARA USO EM CONSULTORIO MÉDICO ( ATÉ 165 W ) FUNÇÃO BIPOLAR, MICROPROCESSADO, COM ALARME, POTENCIA ATÉ 100 W. VOLTAGEM 110 VOLTS. APRESENTAR CATALOGO PARA ANALISE: APARELHOS 110VOLTS, GARANTIA MINIMA 12 MESES, REGISTRO ANVISA Manual do usuário em português EMAI / BP 150

DESCRÇÃO: BISTURI ELETRICO PARA USO EM CONSULTORIO MÉDICO ( ATÉ 165 W ) FUNÇÃO BIPOLAR, MICROPROCESSADO, COM ALARME, POTENCIA ATÉ 100 W. VOLTAGEM 110 VOLTS. APRESENTAR CATALOGO PARA ANALISE: APARELHOS 110VOLTS, GARANTIA MINIMA 12 MESES, REGISTRO ANVISA Manual do usuário em português EMAI / BP 150

Total para Este Fornecedor: 21.858,00

Item	Unidade	Qtd	V. Unit.	V. Total	Marca
10,00	UN	20,00	1.180,00	23.600,00	LIDER

CPF/CNPJ: 46.686.119/0001-60

MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA

DESCRÇÃO: OBESO 200KG - DIGITAL, ADULTO, REGISTRO ANVISA CAPACIDADE DE PESAGEM MINIMA 200 KG, INDICADOR DE PESO COM DISPLAY DE LED DE ALTO BRILHO, IDEAL PARA AMBIENTES DE POUCA LUMINOSIDADE, INDICADOR TOTALMENTE INJETADO EM ABS ALTAMENTE RESISTENTE E LEVE, LIVRE DE FERUGEM, FUNÇÃO TARA SENDO POSSIVEL FIXAR O PESO DE MATERIAIS (TARA), FACILITANDO A PESAGEM DE PESSOAS QUE EVENTUALMENTE PRECISEM DESCONTAR O PESO DA CADEIRA DE RODAS, ROUPAS E ETC. BANDEJA DE PESAGEM EM AÇO CARBONO COM TAPETE ANTERRAPANTE ADESIVO DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, ESTRUTURA DA PLATAFORMA PROJETADA EM AÇO CARBONO, ALTAMENTE RESISTENTE COM PERFIL BAIXO E CÉLULA ÚNICA, COM PINTURA EPOXI PÓ NA COR BRANCA, PÉS REGULÁVEIS DE BORRACHA EVITANDO QUE A BALANÇA SAIA DO LUGAR, PODEM SER NIVELADOS. ALIMENTAÇÃO FONTE EXTERNA PARA 110 / 220 V CA (BIVOLT AUTOMÁTICO), TECLADO POSSUI 4 TECLAS DE FÁCIL DIGITAÇÃO E BIP SONORO CONFIRMANDO A OPERAÇÃO, PROTEÇÃO CONTRA



**Município de Itajubá**  
**TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**



Processo Licitatório: 05/2022  
 Modalidade: REGISTRO DE PREÇOS (P)  
 Número da Licitação: 021/2022  
 Materiais  
 Pag. nº: 20

SOBRECARGA POSSUI PROTEÇÃO PARA CARGAS QUE EXCEDAM EM ATÉ 50% DA CAPACIDADE DA BALANÇA. ANTROPÔMETRO ACESSÓRIO INCLUSO QUE MEDE ATÉ 2040 MM DE 5 MM. POTÊNCIA CONSUMO MÁXIMO DE 15 W. BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 12 MESES DE GARANTIA PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO A PARTIR DA DATA DE COMPRA. PESAGEM - CAPACIDADE (KG) X DIVISÃO (G) LIDER

**Desconto Ofertado** 0,00%

**Total para Este Fornecedor:** 27.600,00

Item	Unidade	Qtde	V. Unit.	V. Total	Marca
1,00	UN	30,00	917,92	27.537,60	MARTE

CPF/CNPJ: 68.886.605/0001-65

**DESCRIÇÃO:** Balança Antropométrica HOSPITALAR, MECÂNICA COM REJÓIA, PARA ADULTO ATÉ 150 KG, PLATAFORMA COM PISO ANTI DERRAPANTE APRESENTAR CATÁLOGO PARA ANÁLISE. MARTE CIENTÍFICA

**Desconto Ofertado** 0,00%

**Total para Este Fornecedor:** 27.537,60

Item	Unidade	Qtde	V. Unit.	V. Total	Marca
17,00	UN	12,00	3.966,00	47.592,00	EMAI

CPF/CNPJ: 26.499.522/0001-73

**DESCRIÇÃO:** Bisuri Eletrônico PARA USO PROFISSIONAL EM CONSULTÓRIO DE GO, FUNÇÃO BIPOLAR, MICROPROCESSADO, COM ALARMES, POTÊNCIA 150 W. EQUIPAMENTO COM ACESSÓRIOS PRONTO PARA USO. Equipamento microcontrolado (controle interno digital), desenvolvido para ser utilizado em diversos tipos de cirurgias. Possui circuito monopolar com corte puro, blend 1, blend 2 e blend 3 oferecendo assim mínimo de 8 tipos de correntes para uso em eletrocirurgia. Controle suave, linear e independente para os modos bipolar e monopolar. ARACTERÍSTICAS

Controle de Potência linear independente para corte e bipolar;  
 Alarme de segurança que bloqueia todos os circuitos em caso de rompimento do cabo da placa neutra e sobrepotência de saída;  
 Saídas totalmente isoladas.

**POTÊNCIA MONOPOLAR**  
 Corte: 150W - Carga 300 Ohms  
 Blend 1: 100W - Carga 300 Ohms  
 Blend 2: 75W - Carga 300 Ohms  
 Blend 3: 23W - Carga 300 Ohms  
**POTÊNCIA BIPOLAR**  
 Corte: 70W - Carga 100 Ohms  
 Blend 1: 50W - Carga 100 Ohms  
 Blend 2: 30W - Carga 100 Ohms  
 Blend 3: 20W - Carga 100 Ohms

**ACESSÓRIOS QUE DEVERÃO ACOMPANHAR EQUIPAMENTO:**  
 1 Pedal simples  
 1 Caneta padrão de baixa  
 1 Placa neutra em inox (150x100x0,5mm)  
 1 Cabo de placa neutra;  
 1 Cabo de força (3m - 3 x 0,75mm);  
 1 Kit de Eletrodos de baixa -;  
 1 Eletrodo tipo agulha (85mm);

**Desconto Ofertado** 0,00%



**Município de Itajubá**  
**TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**



Processo Licitatório: 050/2022  
 Modalidade: REGISTRO DE PREÇOS (P)  
 Número da Licitação: 021/2022  
 Materiais  
 Página: 21

30,00 UN	4,00	3.499,00	13.996,00	NITROSPRAY
<b>DESCRIÇÃO:</b> CRIOCAUTÉRIO				
Para uso em consultório Médico- EM AÇO INOXIDÁVEL, GÁS NITROGÊNIO, MÍNIMO 350ML, SUPORTE COM RODÍZIOS, MÍNIMO DE 05 PONTAS, REGISTRO NA ANVISA, GARANTIA DE 12 MESES, APRESENTAR CATÁLOGO PARA ANÁLISE, APARELHOS 110VOLTS, NITROSPRAY				
<b>Desconto Ofertado</b> 0,00%				
<b>Total para Este Fornecedor:</b> 6.588,00				

8,00 UN	30,00	3.056,40	91.692,00	BS DIGITALE 1.2
<b>DESCRIÇÃO:</b> Autoclave Horizontal 12 litros				
Indicada para a esterilização de artigos e instrumentos termoresistentes, utilizando o vapor saturado sob pressão. Programa único de Esterilização, Temperatura e pressão exibidos por LEDs, Desaceração e despressurização automática, Capacidade 12 litros, Tampa e câmara em aço inox que facilita a limpeza, 2 bandejas em alumínio anodizado, Secagem eficiente com porta centrada, 110 volts para uso em consultório odontológico, garantia mínima 12 meses				
<b>Desconto Ofertado</b> 0,00%				
<b>Total para Este Fornecedor:</b> 91.692,00				

67,00 UN	25,00	136,00	3.400,00	VAGALUMY
<b>DESCRIÇÃO:</b> Suporte para Soro				
Material aço inoxidável, pedestal com altura regulável base em tubo de aço inox tubular com 04 pés ( h ) coluna fixada à base em tubo de aço inox, haste de altura em aço inox com 4 ganchos alternados pés com rodízios giratórios de 2" de diâmetro				
dimensão aproximada: mínimo: 1,80m - máximo: 2,50m				
Apresentar catálogo para análise.				
<b>Desconto Ofertado</b> 0,00%				
<b>Total para Este Fornecedor:</b> 3.400,00				

39,00 UN	25,00	750,00	18.750,00	PRÓPRIA
<b>DESCRIÇÃO:</b> GAUPEIRO				
CLÍNICO COM ABAS, 6 GAUPEIAS COM RODÍZIOS DESLIZANTES E PUXADORES METÁLICOS, MÓVEL COM RODÍZIOS PROJETADOS PARA ATENDER CONSULTÓRIOS MÉDICOS, CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, TAMPO MDF LAMINADO, MEDIDAS EXTERNAS APROXIMADAS: Comprimento: 66 cm (fechado) / 117 cm (aberto) X Altura Tampa: 80 cm X Largura: 51cm				
COR BRANCA				
Apresentar catálogo para análise				
Garantia mínima de 12 meses				
Produto entregue montado				
PRÓPRIA				
<b>Desconto Ofertado</b> 0,00%				
<b>Total para Este Fornecedor:</b> 3.400,00				

Item	Unidade	Qtde	V. Unit.	V. Total	Marca
STARMUNICIPAL DO BRASIL LTDA					
CPF/CNPJ: 29.125.166/0001-16					

*(Handwritten signature)*



**Município de Itajubá**  
**TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**



Processo Licitatório: 050/2022  
 Modalidade: REGISTRO DE PREÇOS (P  
 02/2022  
 Materiais  
 Página: 22

Aquisição de:

Número da Licitação:

CPF/CNPJ: 84.859.552/0002-20

Total para Este Fornecedor: 18.750,00

Item	Unidade	Qtde	V. Unit.	V. Total	Marca	CPF/CNPJ:
STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI	7,00 UN	25,00	3.390,00	84.750,00	STERMAX / DIGITALE FLEX 21 LITROS	84.859.552/0002-20
<b>DESCRÇÃO:</b>						
AUTOClave						
CAPACIDADE 21 LITROS - Câmara de esterilização em aço inoxidável;						
-Painel digital em teclado de membrana e controle termodinâmico de temperatura e pressão automático, com acompanhamento através de displays e indicadores luminosos.						
-Sistema de porta com construção dupla totalmente em aço carbono e aço inox laminado						
-Guarnição em silicone vulcanizado fixada na câmara de esterilização						
-Não necessita de tubulação para drenagem de água						
-Operação fácil e automática que permite a seleção de diferentes ciclos						
-Utiliza água limpa a cada ciclo para melhor qualidade de vapor						
-Sistemas de segurança que controlam todo o ciclo e previnem falhas de operação e/ou funcionamento						
-Desligamento automático em caso de excesso de temperatura, pressão ou falta de água						
-Produto resistente, de fácil instalação, operação e manutenção						
-110 VOLTS APRESENTAR CATALOGO PARA ANALISE STERMAX / DIGITALE FLEX 21 LITROS						
Desconto Ofertado 0,00%						
Total para Este Fornecedor: 84.750,00						

Determina-se, então, que o Setor de Compras e Licitações do Município de Itajubá convide o(s) vencedor(es) do referido processo para formalizar a contratação objetivada pelo presente certame.

Itajubá, em 20 de junho de 2022

Nilso César do Vale Baracho  
 Secretário Municipal de Saúde  
 GESTOR SUS