

Município de Itajubá
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório: **376/2022**
Modalidade: **REGISTRO DE PREÇOS (P**
Número da Licitação: **121/2022**
Aquisição de: **Materiais**
Página: 1

O(A) Sr(a) Secretário(a), no uso de suas atribuições legais, com base na Lei N. 10.520/2002, homologa o Processo Licitatório N° 376/2022 na modalidade REGISTRO DE PREÇOS (PREGAO) N° 121/2022, objeto:REGISTRO DE PREÇOS PAR AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA PARA ATENDER À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -SEMSA, e o adjudica para as empresas:

SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA						CPF/CNPJ	25.031.668/0001-27
Item	Unidade	Qtde	V. Unit.	V.	Marca	J:	
1,00	UN	700.000,00	0,60	420.000,00	ROCHE/TIRAS ACCU CHEK ACTIVE		
DESCRIÇÃO: TIRAS REAGENTES PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA PARA USO EM GLICOSÍMETROS DIGITAIS, DE USO DOMICILIAR; FAIXA DE LEITURA MÍNIMA IGUAL OU ABAIXO DE 20MG/DL/MÁXIMA A 600MG/DL; TEMPO DE RESULTADO DE TESTE DE 05 A 30 SEGUNDOS; VOLUME DE AMOSTRA SANGUÍNEA DE 0,5 A 5 MICROLITROS; AMOSTRA DE SANGUE OBTIDA POR CAPILARIDADE. A QUÍMICA REAGENTE UTILIZADA PARA MEDIÇÃO GLICÊMICA DEVERÁ POSSUIR A MENOR INTERFERÊNCIA POSSÍVEL COM AÇÚCARES QUE NÃO SEJA GLICOSE (EX.: MALTOSE, GALACTOSE, XILOSE) E EFEITOS DA OXIGENAÇÃO DO SANGUE. AS TIRAS REAGENTES FORNECIDAS SOMANTE PODERÃO TER APRESENTAÇÕES EM EMBALAGENS SECUNDÁRIAS NÃO SUPERIORES A 100 UNIDADES.							
A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ OFERTAR EM REGIME DE COMODATO, A QUANTIA DE 2.300 (DOIS MIL E TREZENTOS) APARELHOS GLICOSÍMETROS DIGITAIS PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR, DE USO DOMICILIAR, COMPATÍVEIS COM AS TIRAS OFERTADAS, COM FAIXA DE LEITURA AMPLA, MÍNIMA IGUAL OU ABAIXO DE 20MG/DL MÁXIMA A PARTIR DE 600MG/DL. TIPO DE AMOSTRA: SANGUE OBTIDO POR CAPILARIDADE; VOLUME DE AMOSTRA SANGUÍNEA DE 0,5 A 5 MICROLITROS. CARACTERÍSTICA DO APARELHO: TEMPO DE RESULTADO DE TESTE DE 05 A 30 SEGUNDOS; MEMÓRIA MÍNIMA PARA 250 RESULTADOS. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO: PILHAS E/OU BATERIAS NECESSÁRIAS AO SEU FUNCIONAMENTO, ESTOJO OU BOLSAS DE PROTEÇÃO, MANUAL(S) DE UTILIZAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA, SOFTWARE QUE PERMITA A EXPORTAÇÃO DOS DADOS ARMazenados, INDEPENDENTEMENTE DA QUANTIDADE DE NE(S) RAR MATE(S) TXT, CSV E/OU XML; DISPOSITIVO DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS; SOLUÇÃO CONTROLE (CASO O SISTEMA DE CONTROLE/VERIFICAÇÃO DO GLICOSÍMETROS SEJA POR MEIO DE SOLUÇÃO). OS APARELHOS GLICOSÍMETROS DEVERÃO SER DE PRIMEIRO USO, ESTAR EM PERFEITO FUNCIONAMENTO, APRESENTAR REGISTRO SANITÁRIO NA ANVISA E SER COMPATÍVEL COM AS TIRAS REAGENTES .							
A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ANVISA, O REGISTRO DAS TIRAS E DOS APARELHOS MONITORES, O CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E, CASO NÃO SEJA O FABRICANTE, O CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DO DETENTOR DO REGISTRO NA ANVISA. ROCHE/TIRAS ACCU CHEK ACTIVE							
			Desconto Ofertado	0,00%			
Total para Este Fornecedor:						420.000,00	

Determina-se, então, que o Setor de Compras e Licitações do Município de Itajubá convide o(s) vencedor(es) do referido processo para formalizar a contratação objetivada pelo presente certame.

Itajubá, em 25 de novembro de 2022