



**Município de Itajubá**  
**TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

*Processo Licitatório:* **465/2022**  
*Modalidade:* **REGISTRO DE PREÇOS (P**  
*Número da Licitação:* **155/2022**  
*Aquisição de:* **Materiais**  
**Página: 1**

O(A) Sr(a) Secretário(a), no uso de suas atribuições legais, com base na Lei N. 10.520/2002, homologa o Processo Licitatório N° 465/2022 na modalidade REGISTRO DE PREÇOS (PREGAO) N° 155/2022, objeto:REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE KIT RÁPIDO DE DIVERSOS ANTÍGENOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA., e o adjudica para as empresas:

Não Ofertados						CPF/CNPJ:
Item	Unidade	Qtde	V. Unit.	V. Total	Marca	
2,00	KT	200,00		0,00		
<b>DESCRIÇÃO:</b> TESTE DENGUE IgG/IgM Teste qualitativo para detecção diferenciada de anticorpos IgG/IgM do vírus da Dengue com resultado em índice de corte (COI) pela metodologia fluorescência e utiliza európio como marcador em amostras de sangue total venoso e capilar, soro e plasma com resultados em até 15 minutos. Identificação do parâmetro, lote e validade no próprio cassete, sem a necessidade de troca de chip para identificação ou utilização no equipamento. Kit com 25 testes.  Kit para equipamento Fline modelo F200 já pertencente a prefeitura municipal  <b>Desconto Ofertado</b> 0,00%						
<b>Total para Este Fornecedor:</b>						<b>0,00</b>

RODRIGUES & GOULART LTDA						CPF/CNPJ: 07.608.000/0001-18
Item	Unidade	Qtde	V. Unit.	V. Total	Marca	
1,00	KT	200,00	1.282,50	256.500,00	ECO F LINHA FLINE REG	
<b>DESCRIÇÃO:</b> TESTE COVID / FLU Ag COMBO Teste para detecção diferenciada e simultânea dos antígenos da Covid-19, Influenza A e Influenza B, no mesmo cassete, utilizando amostra de nasofaringe ou swab nasal.Resultados em até 15 min. Leitura em COI através de equipamento Point of Care utilizando marcador európio para leitura do resultado. Procedimento simples somente com uma etapa. Kit com 25 testes. Swab incluso no kit e tampão individual. Identificação do parâmetro, lote e validade no próprio cassete, sem a necessidade de troca de chip para identificação ou utilização no equipamento.  Kit para equipamento Fline F200 já pertencente a prefeitura municipal ECO F LINHA FLINE REG  <b>Desconto Ofertado</b> 0,00%						
3,00	KT	250,00	451,00	112.750,00	ECO E LINHA FLINE REG	
<b>DESCRIÇÃO:</b> TESTE DENGUE NS1 Teste qualitativo para detecção de antígeno NS1 do vírus da Dengue com resultado em índice de corte (COI) pela metodologia fluorescência e utiliza európio como marcador em amostras de sangue total venoso e capilar, soro e plasma com resultados em até 15 minutos. Identificação do parâmetro, lote e validade no próprio cassete, sem a necessidade de troca de chip para identificação ou utilização no equipamento. Kit com 20 testes.  Kit para equipamento Fline modelo F200 já pertencente a prefeitura municipal ECO E LINHA FLINE REG  <b>Desconto Ofertado</b> 0,00%						
4,00	KT	250,00	210,00	52.500,00	ECO E LINHA FLINE REG	
<b>DESCRIÇÃO:</b> TESTE HBA1C						



**Município de Itajubá**  
**TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

*Processo Licitatório:* **465/2022**  
*Modalidade:* **REGISTRO DE PREÇOS (P**  
*Número da Licitação:* **155/2022**  
*Aquisição de:* **Materiais**  
**Página: 2**

Teste rápido quantitativo para detecção de Hemoglobina Glicada (HbA1c), pela metodologia de imunoenensaio e reflectometria utilizando partículas de látex coloridas, em amostras de sangue total venoso e capilar com resultado em até 3 minutos no range de leitura de 4.0% a 15.0%.  
Identificação do parâmetro, lote e validade no próprio cassete, sem a necessidade de troca de chip para identificação ou utilização no equipamento.  
Kit com 20 testes.

Kit para equipamento Fline modelo F200 já pertencente a prefeitura municipal  
ECO E LINHA FLINEREG

**Desconto Ofertado**      0,00%

**Total para Este Fornecedor:**      421.750,00

Determina-se, então, que o Setor de Compras e Licitações do Município de Itajubá convide o(s) vencedor(es) do referido processo para formalizar a contratação objetivada pelo presente certame.

**Itajubá, em 12 de dezembro de 2022**