



Município de Itajubá  
**TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

Processo Licitatório: **146/2023**  
 Modalidade: **ADESÃO A REGISTRO DE**  
 Número da Licitação: **023/2023**  
 Aquisição de: **Materiais**  
 Página: **1**

O(A) Sr. ou Sr<sup>a</sup>, no uso de suas atribuições legais, com base na Lei N. 10.520/2002, homologa o Processo Licitatório N° 146/2023 na modalidade ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS N° 023/2023, objeto: AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAFO POR ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 018/2022 - PREGÃO ELETRONICO 045/2022 DO HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS, PARA ATENDER À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -SEMSA, e o adjudica para as empresas:

PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA					CPF/CNPJ: 58.295.213/0021-11
Item	Unidade	Qtde	V. Unit.	V. Total	Marca
1,00	UN	2,00	11710,6900000	23421,3800000	PHILIPS
<p><b>DESCRIÇÃO:</b> ELETROCARDIOGRAFO            AQUISIÇÃO DE 12 DERIVAÇÕES ( I, II, III, AVR, AVL, AVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6 ) SIMULTANEAMENTE ATRAVÉS DO CABO 10 VIAS;            IMPRESSORA TÉRMICA INTEGRADA PARA BOBINA DE NO MÍNIMO 110 MM;            COM POSSIBILIDADE DE FUNCIONAMENTO EM MODOS RITMO, MANUAL E AUTOMÁTICO;            COM FUNÇÃO DO LAUDO INTERPRETATIVO DO EXAME, PARA PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTRICOS;            COM AJUSTES DE VELOCIDADE E TAMANHO;            PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DE DEFIBRILADOR;            MEMÓRIA NO PRÓPRIO EQUIPAMENTO SEM A NECESSIDADE DE CONEXÃO COM EQUIPAMENTOS EXTERNOS ( IMPRESSORA, PC ETC )            MEMORIA INTERNA DE NO MÍNIMO 200 EXAMES ARMAZENADOS;            BATERIA INTERNA COM AUTONOMIA MÍNIMA 100 IMPRESSOES;            ANÁLISE CONTINUA DE NO MÍNIMO 5 MINUTOS DE EVENTOS DO PACIENTE            RELATÓRIO DE ECG COMPLETO DE TODAS AS DERIVAÇÕES POR NO MÍNIMO 10 SEGUNDOS            ANÁLISE DO SEGMENTO ST ATRAVES DE DADOS NÚMERICOS E GRÁFICOS COM MAPA ST;            TELA COLORIDA DE NO MÍNIMO 7,0" PARA VISUALIZAÇÃO DE EXAMES ANTES DA IMPRESSÃO E CONFIGURAÇÃO DO EQUIPAMENTO;            VISUALIZAÇÃO O POSICIONAMENTO DOS ELETRODOS NA TELA DO EQUIPAMENTO PARA AUXÍLIO DO USUÁRIO, INFORMANDO O STATUS DE CADA DERIVAÇÃO.            POSSIBILIDADE DE EXPORTAR EXAMES ATRAVES FORMATO DIGITAL, PDF, ATRAVES DE USB/WI-FI PARA IMPRESORA EXTERNA EM PAPEL A4;            COMUNICAÇÃO ATRAVES DA CONEXÃO TCP/IP, PELA REDE ETHERNET/LAN OU REDE WURELESS PARA INTEGRAÇÃO COM HIS ( SISTEMA HOSPITALAR ), COM ENVIO DE DADOS ATRAVES DE PROTOCOLO HLZ            POSSIBILIDADE FUTURA UPGRADE DE ENVIO DE DADOS VIA PROTOCLO DICOM E LEITOR DE CÓDIGO DE BARROS.  <b>CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS:</b>            110 A 240 VAC ( AUTOMATICO )            50 A 60 HZ            50 A 120 VA</p> <p><b>ACESSÓRIOS:</b>            2 ( DOIS ) 0 CABO PACIENTE 10 VIAS PRONTO PARA UTILIZAR COM ELETRODOS DESCARTÁVEIS            6 ( SEIS ) 0 PERAS D SUCCÃO;            4 ( QUATRO ) BRAÇADEIRAS MEMBROS;            1 ( UN ) CABO FORÇA;            4 BLOCO/ ROLO DE PAPEL TÉRMICO;            1 CARRINHO PARA TRANSPORTE DO EQUIPAMENTO</p> <p>MARCA PHILIPS TC 10 PHILIPS</p> <p style="text-align: right;"><b>Desconto Ofertado</b>      0,00%</p>					
<b>Total para Este Fornecedor:</b>					<b>23.421,38</b>

*(Handwritten signature)*  
 Nilo César do Vale Baracho  
 Secretário Municipal de Saúde  
 GESTOR SUS

Determina-se, então, que o Setor de Compras e Licitações do Município de Itajubá convide o(s) vencedor(es) do referido processo para formalizar a contratação objetivada pelo presente certame.